



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 56/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 44/2017

Pelo presente termo de Retificação do edital do Pregão Eletrônico Nº 044/2017 cujo OBJETO é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, CONFORME PROPOSTA PACTUADA COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE Nº 12477.872000/1160-01, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL:

ACRESCENTANDO:

- **Onde lê-se:**

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 03/07/2017 AS 09:00 HORAS “Horário de Brasília-DF”

INÍCIO DA DISPUTA: 03/07/2017 AS 09:30 HORAS “Horário de Brasília-DF”

- **Leia-se:**

INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 07/07/2017 AS 09:00 HORAS “Horário de Brasília-DF”

INÍCIO DA DISPUTA: 07/07/2017 AS 09:30 HORAS “Horário de Brasília-DF”

- **Onde lê-se:**

ANEXO I

EDITAL N º 056/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 44/2017

TERMO DE REFERÊNCIA

3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

3	32328	152208-6	DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA – O SISTEMA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE: RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TAMANHO E TIPO DE CASSETE; SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE LEITURA EM ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL DOS CHASSIS DE RAIOS X EM TODOS OS TAMANHOS SOLICITADOS; UMA ESTANTE DE TRABALHO PARA RADIOLOGIA GERAL COM SOFTWARE EM PORTUGUÊS; MONITOR TOUCH SCREEN DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS E DISCO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 2.000 IMAGENS; MANIPULAÇÃO DE IMAGENS POR MEIO DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO PERMITINDO A CRITÉRIO DO OPERADOR E DE FORMA MANUAL OU AUTOMÁTICA, INCREMENTAR O CONTRASTE, BRILHO E LATITUDE DAS IMAGENS; O SOFTWARE DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (RAIOS X) DEVEM POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DIRETA COM DIFERENTES LAYOUTS DE DIVISÃO PARA IMPRESSÃO DE FILMES EM TAMANHO PEQUENO COM ATÉ 4 IMAGENS DE RESOLUÇÃO DIAGNÓSTICA NA MESMA PELÍCULA DE FILME; CONJUNTO DE CHASSIS COM PLACA DE FÓSFORO DE ALTA RESOLUÇÃO; IMPRESSORA A SECO (DRY) PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS; NO-BREAK 3.2 KVA COMPATÍVEL COM TODO O SISTEMA; GARANTIA PADRÃO DE FÁBRICA; TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS	1	R\$ 87.400,00	R\$
---	-------	----------	--	---	---------------	-----

- **Leia-se:**

ANEXO I

EDITAL N ° 056/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 44/2017

TERMO DE REFERÊNCIA

3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS

3	32328	152208-6	DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA – O SISTEMA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE: RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DO TAMANHO E TIPO DE CASSETE; SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE LEITURA EM ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL DOS CHASSIS DE RAIOS X EM TODOS OS TAMANHOS SOLICITADOS; UMA ESTANTE DE TRABALHO PARA RADIOLOGIA GERAL COM SOFTWARE EM PORTUGUÊS; MONITOR TOUCH SCREEN DE NO MÍNIMO 17 POLEGADAS E DISCO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 2.000 IMAGENS; MANIPULAÇÃO DE IMAGENS POR MEIO DE SOFTWARE DE PROCESSAMENTO PERMITINDO A CRITÉRIO DO OPERADOR E DE FORMA MANUAL OU AUTOMÁTICA, INCREMENTAR O CONTRASTE, BRILHO E LATITUDE DAS IMAGENS; O SOFTWARE DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO (RAIOS X) DEVEM POSSIBILITAR A IMPRESSÃO DIRETA COM DIFERENTES LAYOUTS DE DIVISÃO PARA IMPRESSÃO DE FILMES EM TAMANHO PEQUENO COM ATÉ 4 IMAGENS DE RESOLUÇÃO DIAGNÓSTICA NA MESMA PELÍCULA DE FILME; CONJUNTO DE CHASSIS COM PLACA DE FÓSFORO DE ALTA RESOLUÇÃO, COMPOSTOS POE PLACAS DE FÓSFORO COM GERAÇÃO DE IMAGENS DE NO MINIMO 10PIXELS/MM E COM VIDA ÚTIL DE NO MINIMO 20.000 LEITURAS. QUANTIDADE MINIMA DE 6 (SEIS) CASSETES, SENDO 3 (TRÊS) 24X30 E 3 (TRÊS) 35X43; IMPRESSORA A SECO (DRY) PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS; NO-BREAK 3.2 KVA COMPATÍVEL COM TODO O SISTEMA; GARANTIA PADRÃO DE FÁBRICA; TRANSPORTE E INSTALAÇÃO INCLUSOS	1	R\$ 87.400,00	R\$
---	-------	----------	---	---	---------------	-----

As modificações do referido edital, estão disponíveis no site do Município (www.portodosgauchos.mt.gov.br).

Os demais itens permanecem como no edital,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAÚCHOS

Atenciosamente,

Porto dos Gaúchos – MT, 27 de Junho de 2017.

ALESSANDRO ISERNHAGEN HYDALGO
Pregoeiro Nomeado
Portaria 349/2017